

VERBALE N. 5
AUGUSTO N. 1

ELENCO N. 1

1. Preparazione di una libreria a frammentazione enzimatica in Next Generation Sequencing: valutazione del risultato e troubleshooting nel caso in cui si ottengano frammenti di lunghezza diversa dall'atteso.
2. Cosa prevede la norma ISO 9001 se in una metodica si introduce un nuovo reagente?

ELENCO N. 2

1. Cosa può significare la presenza di doppi picchi in una parte della sequenza nucleotidica di un elettroferogramma derivante da sequenziamento Sanger?
2. Cosa prevede la norma ISO 9001 se viene utilizzato un reagente scaduto?

ELENCO N. 3

1. Come si procede in assenza di alcun tipo di segnale dopo corsa elettroforetica di sequenziamento Sanger?
2. Manutenzione ordinaria degli strumenti secondo la norma ISO 9001.

ELENCO N. 4

1. In un sequenziamento Illumina che cosa significa una run in *over cluster* o in *low cluster*? Motivi e conseguenze.
2. Nel rispetto della norma ISO 9001 come si realizza la tracciabilità del processo in una procedura di biologia molecolare.

ELENCO N. 5

1. In NGS è stata identificata una variante in eterozigosi. Durante la validazione con sequenziamento Sanger la stessa variante viene identificata come singolo picco, cioè come omozigote. Come si valuta questo risultato e come si può procedere?
2. A cosa serve la certificazione ISO 9001?

